



डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय,
वाघापुर रोड, यवतमाळ

ई-मेल - vncab.ytl@gmail.com

फोन - ०७२३२-२५१७४५

फॅक्स - ०७२३२-२५१७४५

जा.क्र./वनाकृजैम/SRA-Biotech/2019

दि. २०/०२/२०१७

यु.व्ही. ट्रांसइलुमीनेटर खरेदी करणेकरिता निविदा दरपत्रक सादर करणेकरिता सूचना

प्रति,

विषय - यु.व्ही. ट्रांसइलुमीनेटर पुरविण्याकरिता निविदा दरपत्रका (कोटेशन) बाबत

या सुचनेद्वारे विनंती करण्यात येते की आपण या कार्यालयास सोबत जोडलेल्या नमुना प्रपत्रात तपशीलाप्रमाणे यु.व्ही. ट्रांसइलुमीनेटर खरेदी करिता सीलबंद पाकीटात दिनांक. २७/०२/२०१७ दुपारी ०२.०० वाजे पर्यंत दरपत्रक खालील दिलेल्या नियम व अटींना अनुसरून सादर करावे.

- निविदा दरपत्रके कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी ११.०० ते ४.०० या वेळेत व दि. २७/०२/२०१७ रोजी दुपारी ०२.०० वाजे पर्यंत स्विकारले जातील व त्याच दिवशी म्हणजे दि. २७/०२/२०१७ रोजी उघडण्यात येतील.
- अंतिम दिनांकानंतर येणारी निविदा दरपत्रके स्विकारण्यात येणार नाहीत.
- निविदा दरपत्रके सिलबंद पाकीटात जमा करावीत.
- निविदा दरपत्रकावर Sale Tax, VAT & TIN नंबर नमुद करावा.
- निविदा दरपत्रकात सर्व करांसहीत तसेच पॅकींग व सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ येथे फॉरवर्डिंग खर्चासह दर नमुद करावेत.
- निविदा दरपत्रकासोबत सदर उपकरणाचा अधिकृत पुरवठादार असल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
- निविदा दरपत्रके सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ यांचे नावाने द्यावे.
- सदर साहित्य पुरवठा आदेश दिल्या नंतर ८ दिवसांचे आत पुरवावे लागेल.
- देयके सर्व कार्यालयीन प्रक्रीया पूर्ण झाल्यास चेक द्वारे अदा करण्यात येतील.
- कोणतेही दरपत्रक स्विकारण्याचे अथवा अस्विकारण्याचे सर्व अधिकार विद्यापीठाकडे राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

सहयोगी अधिष्ठाता
सहयोगी अधिष्ठाता
व.ना.क.ज.त.म.व. निवडमाळ
वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान
महाविद्यालय (डॉ.पं.देशु.यवतमाळ)

दरपत्रक प्रपत्राचा नमुना

प्रति,

दि. _____.

सहयोगी अधिष्ठाता,
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय,
वाघापुर रोड, यवतमाळ

विषय — यु.व्ही. ट्रांसइलुमीनेटर पुरविण्याकरीता निविदा दरपत्रकाबाबत

संदर्भ — जा.क्र./वनाकृजैम/ / /२० दि. / /२०

महोदय,

आपल्या कार्यालयाच्या मागणीप्रमाणे साहित्य पुरविण्याचे दर व विवरण खालील प्रमाणे आहेत.

अ. क्र	उपकरणाचे नाव	विवरण	दर
१	UV Transilluminator	<ul style="list-style-type: none">• Transilluminator with filter• For detection of DNA more than 50 ng• 365 nm fixed wavelength with three 8W UV tube (midrange)• Filter area 20 cm X 20 cm• Should be provided with UV protective shield	

पुरवठादाराचा शिक्का व सही

आपला अधिकारी
आपला अधिकारी
आपला अधिकारी