



डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला  
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय,  
वाघापुर रोड, यवतमाळ

ई-मेल — vncab.ytl@gmail.com

फोन — ०७२३२-२५१७४५

फॅक्स — ०७२३२-२५१७४५

जा.क्र./वनाकृजैम/SRA-Biotech २०६९/२०१६

दि. २३/०२/२०१६

पिण्याच्या पाण्याचे RO System मेंब्रेन बदलणे व सर्विसींग करणे करीता निविदा दरपत्रक सादर करणेबाबत  
सुचना

प्रति,

विषय — पिण्याच्या पाण्याचे RO System मेंब्रेन बदलणे व सर्विसींग करणे करीता निविदा दरपत्रका (कोटेशन) बाबत

या सुचनेव्वारे विनंती करण्यात येते की आपण या कार्यालयास सोबत जोडलेल्या नमुना प्रपत्रात तपशीलप्रमाणे पिण्याच्या पाण्याचे RO System मेंब्रेन बदलणे व सर्विसींग करणे करीता सीलबंद पाकीटात दिनांक. ०२/०३/२०१८ दुपारी ०४.०० वाजे पर्यंत दरपत्रक खालील दिलेल्या नियम व अटींना अनुसरून सादर करावे.

१. निवीदा दरपत्रके कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०.०० ते दुपारी ५.०० या वेळेत स्विकारले जातील.
२. निवीदा दरपत्रके अंतीम दिनांका रोजी दुपारी ०४.०० वाजे पर्यंत स्विकारले जातील.
३. निवीदा दरपत्रके दि. ०२/०३/२०१८ रोजी उघडण्यात येतील.
४. अंतिम दिनांकानंतर येणारी निवीदा दरपत्रके स्विकारण्यात येणार नाहीत.
५. निवीदा दरपत्रके सिलबंद पाकीटात जमा करावीत.
६. निवीदा दरपत्रकासोबत पुरविण्यात येणाऱ्या साहीत्याचे रंगीत माहीतीपत्रके आवश्य जोडावित.
७. निवीदा दरपत्रकावर GST/TIN नंबर नमुद करावा.
८. निवीदा दरपत्रकात सर्व करांसहीत तसेच सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ येथे उभारणी खर्चासह दर नमुद करावेत.
९. निवीदा दरपत्रके सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ यांचे नावाने दृयावे.
१०. सदर साहीत्य पुरवठा आदेश दील्या नंतर ८ दिवसाचे आत पुरवावे लागेल.
११. देयके सर्व कार्यालयीन प्रक्रीया पुर्ण झाल्यास चेक द्वारे अदा करण्यात येतील.
१२. कोणतेही दरपत्रक स्विकारण्याचे अथवा अस्विकारण्याचे सर्व अधिकार विद्यापीठाकडे राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

सुचना  
सहयोगी अधिष्ठाता,  
व.ना.कृ.जै.तं.महा., यवतमाळ

## दरपत्रक प्रपत्राचा नमुना

प्रति,

दि.

सहयोगी अधिष्ठाता,  
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय,  
बाघापुर रोड, यवतमाळ

विषय — पिण्याच्या पाण्याचे RO System मेंब्रेन बदलणे व सर्विसींग करणे करीता निविदा दरपत्रका (कोटेशन) बाबत

संदर्भ — जा.क्र./वनाकृजैम/SRA-Biotech/ / २०१८ दि. / / २०१८  
महोदय,

आपल्या कार्यालयाच्या मागणीप्रमाणे साहीत्य पुरविण्याचे दर व विवरण खालील प्रमाणे आहेत.

अ.क्र	साहीत्य	विवरण	लागणारी संख्या
१	Voltron 4040 membrane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- For 250 lt/hr. capacity RO system</li> <li>- Vontron ULP21-4040 40inch Commercial Reverse Osmosis RO Membrane</li> <li>- Made in USA</li> <li>- desalination rate % 99</li> <li>- Lowest desalination rate % 98.5</li> <li>- Volume GPD (m--3/d) 2400(9.1)</li> <li>- Effective membrane area ft2(m2) 85(7.9)</li> <li>- Test pressure 150psi(1.03Mpa)</li> <li>- RO membrane element recovery rate 15%</li> <li>- maximum operating pressure 600psi(2.07Mpa)</li> </ul>	१
२	Servicing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicing of 250 lit/hr. RO system</li> <li>- Cleaning of filters</li> <li>- Cleaning of all spears</li> <li>- Cleaning of salt blockages etc.</li> </ul>	१

पुरवठादाराचा शिक्का व सही