



डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला  
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय,  
वाघापुर रोड, यवतमाळ

इ-मेल - [vnkab.ytl@gmail.com](mailto:vnkab.ytl@gmail.com)

फोन - ०७२३२-२५१७४५

फॅक्स - ०७२३२-२५१७४५

जा.क्र./वनाकृजैम, यवतमाळ/ICAR-CA/दुरूस्ती/ ७८१७ / २०१९

दि. ११ / ०९ / २०१९

वसंतराव नाईक कृषि जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ येथे उपकरणे दुरूस्ती करणेकरीता निविदा दरपत्रक सादर करणेकरीता सुचना


प्रति,

-----  
-----

विषय - उपकरणे दुरूस्ती करणे करीता निविदा दरपत्रका (कोटेशन) बाबत

या सुचनेद्वारे विनंती करण्यात येते की आपण या कार्यालयास सोबत जोडलेल्या नमुना प्रपत्रात तपशीलाप्रमाणे उपकरणे दुरूस्ती करणे करीता सीलबंद पाकीटात दिनांक. १८ / ०९ / २०१९ दुपारी ०४.०० वाजे पर्यंत दरपत्रक खालील दिलेल्या नियम व अटींना अनुसरून सादर करावे.

१. निविदा दरपत्रके कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०.०० ते दुपारी ५.०० या वेळेत स्विकारले जातील.
२. निविदा दरपत्रके अंतीम दिनांका रोजी दुपारी ०४.०० वाजे पर्यंत स्विकारले जातील.
३. निविदा दरपत्रके दि. १८ / ०९ / २०१९ रोजी उघडण्यात येतील.
४. अंतिम दिनांकानंतर येणारी निविदा दरपत्रके स्विकारण्यात येणार नाहीत.
५. निविदा दरपत्रके सिलबंद पाकीटात जमा करावीत.
६. पाकीटावर उपकरणे दुरूस्ती करणे करीता दरपत्रक असा उल्लेख करावा.
७. निविदा दरपत्रकासोबत पुरविण्यात येणाऱ्या साहित्याचे रंगीत माहितीपत्रके आवश्यक जोडावित.
८. निविदा दरपत्रकावर Sale Tax/CST/BST/VAT/TIN/GST यापैकी आवश्यक असलेला नंबर नमुद करावा.
९. निविदा दरपत्रकात सर्व करांसहीत तसेच सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ येथे उभारणी खर्चासह दर नमुद करावेत.
१०. निविदा दरपत्रके सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ यांचे नावाने द्यावे.
११. सदर साहित्य पुरवठा आदेश दिल्या नंतर ०७ दिवसाचे आत पुरवावे लागेल.
१२. देयके सर्व कार्यालयीन प्रक्रीया पूर्ण झाल्यास चेक द्वारे अदा करण्यात येतील.
१३. कोणतेही दरपत्रक स्विकारण्याचे अथवा अस्विकारण्याचे सर्व अधिकार विद्यापीठाकडे राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

  
सहयोगी अधिष्ठाता,

व.ना.कृ.जै.तं.महा., यवतमाळ

टीप- दरपत्रके देणेपुर्वी वनाकृजैम, यवतमाळ येथे दुरूस्ती करावयाची उपकरणांची प्रत्यक्ष पहाणी करावी

## दरपत्रक प्रपत्राचा नमुना

प्रति,

दि. \_\_\_\_\_

सहयोगी अधिष्ठाता,

वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, वाघापुर रोड, यवतमाळ

विषय – उपकरणे दुरूस्ती करणे करीता निविदा दरपत्रका (कोटेशन) बाबत

संदर्भ – जा.क्र./वनाकृजैम,यवतमाळ/ICAR-CA/ दुरूस्ती / /२०१९ दि. / /२०१९

महोदय,

आपल्या कार्यालयाच्या मागणीप्रमाणे उपकरणे दुरूस्तीचे दर व विवरण खालील प्रमाणे आहेत.

अ.क्र	उपकरणाचे नाव	दुरूस्तीचे विवरण	संख्या
१	TISSUE CULTURE RACK	Complete Testing & Checking of : Power Supply Problem & minor repairing Accessories Required 1) Fluorescent CFL Tube Light complete with fitting 2) 0-24 Hrs. Cyclic –programming timer 3) Switch Board – Plate with fitting	03  As required 01 01
२	HEATING MANTLE 250 ml Cap.	1) Heating Coil is not working - to replace, Rheostat is not working - to repair, Fitting charges	02
३	pH MTER "SYSTRONICS" 361	1) Calibration Error to solve – minor repair and Servicing	02
४	pH METER "SYSTRONICS" 335	1) Calibration Err to solve – minor repair and Servicing along with Accessories : pH Electrode 0-14 pH for above	02
५	"SWASTIK" WATER BATH	1) Heating Coil damaged - to replace 2) Thermostat not working - to replace and Servicing	01
६	REMI CENTRIFUGE RM-12C DX	Repairing of centrifuge require following 1) Replacement of Armature, Bearings and Carbon Brush 2) Servicing	01
७	"JSGW" DOUBLE DISTILLATION UNIT	1) Glass Boiler No. 1 - Cracked – To replace 2) Water Drain Cock - Broken – To replace 3) Servicing	01
८	"JSGW" DOUBLE DISTILLATION UNIT	1) Glass Boiler No. 1 - Cracked - To replace 2) Water Drain Cock - Broken - to replace 3) 12 MM Silicon Tube - 6 Mtr – 4) Servicing	01
९	"OSWARD" AUTOCLAVE	1) Digital controller with SSR replacement 2) To Fix flow Water Indicator 3) To convert in Manually from Fully Automatic system along with Complete fitting	02
१०	Agarose gel electrophoresis Hooper	1) To Repair Current Flow- Circuit and Servicing	01
११	"EQUITRON" PORTABLE AUTOCLAVE	Heating Elements found damaged & busted Needs replacement with fitting	04

लागणारी संख्या गरजेनुसार बदलू शकते

टीप— दरपत्रके देणेपूर्वी वनाकृजैम, यवतमाळ येथे दुरूस्ती करावयाची उपकरणांची प्रत्यक्ष पहाणी करावी

पुरवठादाराचा शिक्का व सही